物 品 買 入 仕 様 書

1　件　　名　　試薬保冷冷却庫　買入

2　明　　細

No.	品　　名	形　質　寸　法	数量・単位	
1	試薬保冷冷却庫	(1) 冷蔵及び冷凍機能を有していること (2) 内容量は保冷庫170Ｌ以上及びフリーザ35L以上のものであること (3) 冷却性能は保冷庫２℃～14℃及びフリーザ－20℃～－30℃の範囲であること (4) 保冷庫部の除霜機能はサイクルデフロスト及び冷却器温度感知式を有していること (5) マイコン温度制御機能を有していること (6) 庫内温度はデジタル表示方式であること (7) 施錠できること (8) 100V電源で使用できること (9) 試薬及び薬品類を効率的に収納、整理及び保存できる引き出し棚を保冷庫部は3枚、フリーザ部は1枚を付属していること (10) 外扉の上扉はガラス窓付であること (11) 外形寸法は幅550、奥行600、高さ1800㎜以内であること (12) 温度警報及びドア警報機能を有していること	1	台

3　納入期限　　契約後120日

4　納入場所　　〒572－0842
大阪府寝屋川市太秦高塚町１－１
大阪市水道局工務部水質試験所豊野分室

5　特記事項　　(1) 物品供給申込書を提出するに当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は提出期限内に担当者へよく質し、その内容を熟知の上提出するものとする。契約後における仕様書の疑義は当局の解釈によるものとする。
(2) 装置の設置場所等について事前に当局と協議及び現場確認を行い、作業が円滑に実施できるようにすること。
(3) 納入に際しては、当局担当者立ち会いのもとで、上記納入場所の当局指定場所に搬入、据付、調整及び試運転を行い、購入必要条件を満たしていることを確認すること。
(4) 納入時に、操作、日常点検及び消耗品取替方法等に係わる説明を実施し、万全を期すこと。
(5) 納入設置の際、建造物等を破損した場合は、受注者の責任で原状回復すること。
(6) 納入時に、性能等に関する社内検査報告書及び保証書を提出すること。
(7) 納入時に、取扱説明書２部を提出すること。

(8) 修理が必要なトラブルの発生時は、当局の連絡後24時間以内に返答し、3日以内に修理のための訪問が可能であること。
(9) 装置の搬入に先立ち、当局の所有する旧装置を撤去すること。なお、廃棄処分する際は、「家電リサイクル法」その他関係法令等を遵守し、適切な処置を行うものとする。また、当局が「家電リサイクル券」等の写しの提出を求めた場合はその写しを提出すること。
・旧装置（上記４　納入場所存置分）：（株）東芝製GR-A30CV（W）　１台
(10) 保証期間は当局検収後１年間とする。

6　事業担当　〒572－0842
大阪府寝屋川市太秦高塚町１－１
大阪市水道局工務部水質試験所豊野分室
担当者：北川　康人
ＴＥＬ：072-825-4710
ＦＡＸ：072-822-9777